

	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI LABORATORIO <i>Direttore dott.ssa Reghenzi Piera</i>	
	GUIDA PER GLI UTENTI: ISTRUZIONI	

FECI: RACCOLTA DEL CAMPIONE FECALE PER RICERCA SANGUE OCCULTO

Non sono richieste particolari limitazioni alimentari. Nei 7 giorni precedenti la raccolta del materiale fecale e durante tutto il periodo della raccolta evitare farmaci antinfiammatori non steroidei.

Non raccogliere il campione qualora fosse visibile sangue vivo nelle feci o nelle urine (per esempio durante mestruazioni, infezioni urinarie, perdita da emorroidi). Il campione fecale non deve essere contaminato da urina.

Il campione, disposto negli appositi flaconcini, può essere conservato in frigorifero massimo per 7 giorni.

Modalità di raccolta (vedi pagina successiva)

- Utilizzare gli appositi flaconcini forniti dal laboratorio
- Svitare ed estrarre il tappo con l'**asta** dal flaconcino
- Inserire l'asta nelle feci in 4 punti diversi e strisciare a croce sulla superficie. Ricoprire di feci solo le scanalature dell'asta.

Inserire l'asticella nel tubo, riavvitare il tappo e agitare.

ATTENZIONE: Si raccomanda di non ingerire il liquido posto all' interno del contenitore per la raccolta; qualora il liquido entri in contatto con occhi, bocca o pelle sciacquare accuratamente con acqua e, se necessario, consultare il medico.

IT

SENTiFIT® pierceTube

REF 1156188

IVD

DISPOSITIVO (COLLECTION TUBE) PER LA RACCOLTA DELLE FECI

CE



1 Porre della carta igienica all'interno del sanitario. In caso di utilizzo di un supporto specifico seguire, le istruzioni riportate sullo stesso. Successivamente passare al punto 3.



2 Raccogliere le feci in corrispondenza della carta igienica, evitando di toccare l'acqua o le urine. È più facile se ci si siede al contrario.



3 Svitare il tappo verde con l'asta di prelievo, mantenendo il tubo in verticale. Non agitare il tubo capovolto.



4 Inserire l'asta nelle feci in 4 punti diversi e strisciare a croce sulla superficie. Ricoprire di feci solo le scanalature dell'asta. Non raccogliere feci in eccesso.



5 Reinscrivere il tappo verde e avvitare a fondo. Non riaprire. Agitare gentilmente il tubo tramite inversione.



6 Restituire il dispositivo di raccolta per l'analisi entro una settimana a temperatura ambiente o mantenere il tubo di raccolta in frigorifero e restituirlo entro 2 settimane.